

新北市新店地政事務所設置 95M 儀器簡易基線場成果報告

一、準備儀器、器材：

SOKKIA DX102AC 全測站經緯儀*1 (含腳架)

求心基座*2 (含腳架)

稜鏡*2

發電機

鑽孔機

鐵鎚

鋼片及鋼釘

50 米布捲尺


免釘膠

二、設置地點：新店區瑠公公園北新藝術廣場旁的人行道

點位概略座標:(2762857, 303933)



三、基線場點位位置(套繪地形圖)



四、 簡易距離基線場(95M)調查表(含點位特寫)

新北市新店地政事務所

簡易距離基線場(95M)調查表

基本資料									
建置單位	新店地政事務所								
地點 (填寫至鄉鎮市區)	新北市新店區								
位置概述 (請填寫位置概略描述)	瑠公公園北新藝術廣場								
建置日期	105.06								
最近一次施測標準距離所使用的儀器									
廠牌	SOKKIA	型號	DX-102AC	序號	JH1274				
最近校正日期	105.06.07	校正報告編號		CG1050509019					
參考標準距離 (m)									
檢測日期	105.06.23								
0 - 5	4.9995								
0 - 23	23.0003								
0 - 31	31.0069								
0 - 59	58.9978								
0-77	76.9972								
0-95	94.9966								
5-23	18.0006								
5 - 31	26.0073								
5 - 59	53.9983								
5-77	71.9975								
5-95	89.9967								



觀測(近景)



遠景



點位特寫





*填表說明：

1. 每個基線場請填寫 1 份。
2. 位置概述請填寫位置說明：如 00 縣 00 鄉地籍圖重測辦公室前的人行道。
3. 請檢附 3 張現場照片(近景、遠景及點位特寫)。